

Поз.		Наименование оборудования	Кол-во	Примечание
1		Калибратор давления пневматический СТЭМИКС – 400	1	Выпускается по У 26.51.52-007-21511288-2022. Значение верхнего предела измерения: 400 кПа. Значение нижнего предела измерения: 0,6 кПа. Класс точности 0,01; 0,02 и 0,05. Межповерочный интервал 1 года. Номер в ГОСРЕЕСТРе 93088-24
		Комплектность 1-го калибратора:		
	1.1	Задатчик давления	1	
	1.2	Набор грузов (кПа): Груз 100 кПа - 2 шт.; Груз 50 кПа - 2 шт.; Груз 40 кПа - 1 шт.; Груз 20 кПа - 2 шт.; Груз 10 кПа - 1 шт.; Груз 5 кПа - 1 шт.; Груз 2 кПа - 2 шт.; Груз 1 кПа - 1 шт.; Груз 500 Па - 1 шт.; Груз 200 Па - 2 шт.; Груз 100 Па - 1 шт.	1	
	1.3	Укладка: поршень - 1 шт.; навеска №1- 1 шт. и подгоночный груз 600 Па - 1 шт.; навеска №2- 1 шт. и подгоночный груз 2,5 кПа - 1 шт.; навеска №3- 1 шт. и подгоночный груз 10 кПа - 1 шт.	1	
	1.4	Трубка 4 мм (длина 2 м)	1	
	1.5	Комплект переходных штуцеров: штуцер переходной на трубку 4 мм - 2 шт; штуцер переходной на трубку 6 мм - 2 шт.	1	
	1.6	Уровень накладной	1	
	1.7	Приспособление для проверки герметичности	1	
	1.8	Комплект запасных частей и принадлежностей: Кольцо 004-006-14 - 1 шт. Кольцо 016-019-19 - 1 шт. Кольцо 020-025-25 - 2 шт.	1	
	1.9	Паспорт С-2100.000.00 ПС	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/681/091/41d/68109141d1c15675345169.pdf
	1.10	Руководство по эксплуатации С-2100.000.00 РЭ	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/681/091/429/68109142932f8387789158.pdf
	1.11	Таблица масс грузов	1	
	1.12	Свидетельство о первичной поверке в качестве эталона (электронно), протокол калибровки (бумажный)	1	
	1.13	Методика поверки	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/66e/2c7/9b6/66e2c79b60207294354163.pdf
	1.14	Описание типа		https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/66e/2c7/90e/66e2c790e3d84515477581.pdf
2		Компрессор малошумящий	1	Объем ресивера 24 л, давление на выходе 8 атм., производительность 100 л/мин, мощность двигателя 1 кВт, уровень шума 42 дБ, масса 31 кг, габариты 490х650х250
3		Блок подготовки воздуха БПВ-10М	1	https://nposector.ru/catalog/39
	3.1	Блок подготовки воздуха БПВ-10М	1	
	3.2	Заглушка 4	2	во входном и выходном штуцерах
	3.3	Этикетка	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/681/079/76c/68107976ca273235224001.pdf
	3.4	Трубка 4х2	1	длина 1 м
4		Стойка С-10	1	https://nposector.ru/catalog/40
	4.1	Стойка С-10	1	
	4.2	Резинометаллическое уплотнение для соединения М20х1,5	1	в выходном штуцере
	4.3	Заглушка М20х1,5	1	в выходном штуцере
	4.4	Заглушка 4	1	во входном штуцере
	4.5	Этикетка	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/681/087/a12/681087a129677327813271.pdf
	4.6	Трубка 4х2	1	