

Поз.		Наименование оборудования	Кол-во	Примечание
1		Калибратор давления пневматический СТЭМИКС – 600	1	Выпускается по У 26.51.52-007-21511288-2022. Значение верхнего предела измерения: 600 кПа. Значение нижнего предела измерения: 0,6 кПа. Класс точности 0,01; 0,02 и 0,05. Межповерочный интервал 1 года. Номер в ГОСРЕЕСТРе 93088-24
		Комплектность 1-го калибратора:		
	1.1	Задатчик давления	1	
	1.2	Набор грузов (кПа): Груз 100 кПа - 4 шт.; Груз 50 кПа - 2 шт.; Груз 40 кПа - 1 шт.; Груз 20 кПа - 2 шт.; Груз 10 кПа - 1 шт.; Груз 5 кПа - 1 шт.; Груз 2 кПа - 2 шт.; Груз 1 кПа - 1 шт.; Груз 500 Па - 1 шт.; Груз 200 Па - 2 шт.; Груз 100 Па - 1 шт.	1	
	1.3	Укладка: поршень - 1 шт.; навеска №1- 1 шт. и подгоночный груз 600 Па - 1 шт.; навеска №2- 1 шт. и подгоночный груз 2,5 кПа - 1 шт.; навеска №3- 1 шт. и подгоночный груз 10 кПа - 1 шт.	1	
	1.4	Трубка 4 мм (длина 2 м)	1	
	1.5	Комплект переходных штуцеров: штуцер переходной на трубку 4 мм - 2 шт; штуцер переходной на трубку 6 мм - 2 шт.	1	
	1.6	Уровень накладной	1	
	1.7	Приспособление для проверки герметичности	1	
	1.8	Комплект запасных частей и принадлежностей: Кольцо 004-006-14 - 1 шт. Кольцо 016-019-19 - 1 шт. Кольцо 020-025-25 - 2 шт.	1	
	1.9	Паспорт С-2100.000.00 РС	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/681/091/41d/68109141d1c15675345169.pdf
	1.10	Руководство по эксплуатации С-2100.000.00 РЭ	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/681/091/429/68109142932f8387789158.pdf
	1.11	Таблица масс грузов	1	
	1.12	Свидетельство о первичной поверке в качестве эталона (электронно), протокол калибровки (бумажный)	1	
	1.13	Методика поверки	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/66e/2c7/9b6/66e2c79b60207294354163.pdf
	1.14	Описание типа		https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/66e/2c7/90e/66e2c790e3d84515477581.pdf
2		Система компрессорная СК-14-10	1	Объем рессивера 4 л, давление на выходе 12 атм., производительность 10 л/мин, мощность двигателя 3 кВт, уровень шума 56 дБ, масса 100 кг, габариты 640х580х765
	2.1	Основная ступень	1	
	2.2	Дополнительная ступень	1	
	2.3	Руководство по эксплуатации	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/681/095/1fb/6810951fbdfd6033817391.pdf
	2.4	Паспорт	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/681/095/1e7/6810951e76a67448834515.pdf
	2.5	Кабель питания для основной ступени	1	
	2.6	Кабель питания для дополнительной ступени	1	
	2.7	Винт (М6х35 ГОСТ 11738-84) с шайбой (М6 ГОСТ 11371-78) в сборе	1	
	2.8	Трубка 4 мм (до 2 МПа)	1	4 м
3		Блок подготовки воздуха БПВ-10	1	Входное давление до 1,4 МПа; две линии питания; диапазон регулирования давления линии №1 от 0,15 до 1,0 МПа; диапазон регулирования давления линии №2 от 0,05 до 9,5 МПа; стабильность поддержания давления линии №1 ±0,030 МПа; стабильность поддержания давления линии №2 ±0,015 МПа; один выход линии №1; два выхода линии №2; тонкость фильтрации от 25 до 0,01 мкм.
	3.1	Блок подготовки воздуха БПВ-10	1	https://nposector.ru/catalog/39
	3.2	Руководство по эксплуатации	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/681/079/761/681079761c9df365002657.pdf
	3.3	Паспорт	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/681/079/760/6810797606b85589504919.pdf
	3.4	С104-F20/3 (фильтрующий элемент 25 мкм)	1	
	3.5	С104-F21/3 (фильтрующий элемент 5 мкм)	1	
	3.6	МХ1-F10 (фильтрующий элемент 0,01 мкм)	1	
	3.7	Фитинг 6512 6-1/8	3	
	3.8	Трубка 4 мм (до 1 МПа)	1 м	
	3.9	Трубка 6 мм (до 1 МПа)	1 м	
4		Коллектор К2-6	1	https://nposector.ru/catalog/40
	4.1	Коллектор К2-10	1	
	4.2	Резинометаллическое уплотнение для соединения М20х1,5	2	в выходных штуцерах
	4.3	Заглушка М20х1,5	2	в выходных штуцерах
	4.4	Заглушка 4	2	во входных штуцерах
	4.5	Этикетка	1	https://nposector.ru/storage/app/uploads/public/681/087/a0d/681087a0da9d9964310955.pdf
	4.6	Трубка 4х2	1м	